

HORIBA

アントセンス III・ケアシスト チェック表

作業者: 関川

点検日: 2022年 1月 11日

ご施設名 塚本内科 消化器科

機種名 アントセンスIII

製造番号 25709025

18756回

■コントロール測定結果

種類	LOW	NORMAL	HIGH
基準範囲	32~56	131~161	01/11 14:14 149 mg/dL
1回目		149	
2回目		143	01/11 14:16 143 mg/dL
3回目			

■キャリブレーション履歴確認

基準	di/dt値 110以上
1回前	246
2回前	250
3回前	272
4回前	
5回前	

■消耗品チェック

項目	良否判定	有効期限
バッファタンク	○	2022年 2月 9日
キャップ膜	○	2022年 3月 日
キャリブレータ	○	2022年 1月 31日
コントロール液	○	2022年 3月 10日

■連絡事項

お世話になります。
正常に動作しています。
データも安定しています。
よろしくお願ひします。