

# 作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 (医) 塚本内科消化器科 様		宮城サービスセンタ 〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成2丁目17番2号 TEL 022-279-9639 FAX 022-279-0805				
お客様ID 24183290000-007	受付番号 5742111	作業 BB	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC4123660102	

装置名 DREX-PZ10/51	設置室 レントゲン室	据付日 2013年9月24日
---------------------	---------------	-------------------

<b>ご依頼内容</b> 近接操作卓のモニターにノイズが入る 受付日 2021年11月19日	<b>作業内容</b> 近接操作卓のモニターにノイズ混入する。液晶モニターの中央部に8cm程度表示されない又はノイズ混入する。画像処理PC内部、DISPLAY基板、モニター接続ケーブル交換、症状改善せず。液晶モニター本体一式交換取付修理。動作テスト良好。			
<b>作業開始・終了時間</b>				
開始	2021年11月22日11時00分			
終了	2021年12月6日14時30分			
時間内	時間外	往復	合計	完了
8	0	6	14	

ユニット DREX-PZ10/51	製造番号 51A1392579	作業担当者 松浦 清一 他0名
----------------------	--------------------	--------------------

使用部品			数量
1	DISPLAY CARD	図番 4SERV47100	1
2	CABLE	図番 BSX17-4064*A	1
3	UXGA COLOR LCD	図番 BSX21-0383*B	1
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

塚本和彦

**お客様へ(留意事項のご説明)**

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法令により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
  1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
  2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願いたします。

伝票番号	01764111
------	----------